

Утверждаю:
Директор
КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы
Сапиева Ж.А.



Объявление № 36

Закуп изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
на 2018 год

г.Алматы

«24» октября 2018г.

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ
г.Алматы, адрес: 2-я Остроумова 45

Краткое описание и общая сумма закупаемых товаров: 3 400 000,00 (Три миллиона
четыреста) тенге 00 тиын.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Спирометр	штука	1	3 400 000,00
	ИТОГО:			3 400 000,00

2. Сроки и условия поставки: по заявке заказчика.
3. Товар должен быть доставлен: г.Алматы, Турксибский район, ул.2-я Остроумова 45.
4. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы, Турксибский район, 2-я Остроумова 45 с 24.10.2018г. по 30.10.2018г. до 09:00 часов в отдел государственных закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы, Турксибский район, 2-я Остроумова 45, 30.10.2018г. время: 10 часов 00 минут, в отделе государственных закупок.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам

Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.

Наименование	Описание
Спирометр	Главные характеристики Портативный переносной спирометр. Наличие вмонтированного принтера с не менее 112мм бумагой , многоцветный сенсорный экран для комфортного и легкого использования, наличие возможности отображения в реальном времени кривых поток – объем и объем – время, воспроизведение не более четырех кривых потока, возможность автоматического выбора наилучшего результата с ручной коррекцией, наличие бронховозбуждающего и бронхорасширяющего теста, программы помогающие педиатрии, настраиваемый выходной протокол, возможность сохранять в памяти аппарата не более 250 протоколов пациентов, наличие протоколов заданных пользователем, стимуляции детей, дезинфицируемые мундштуки Возможность прямого соединения спирометра к вашему принтеру - через порт USB, независимо от ПК, наличие встроенного аккумулятора, многоязычное меню - Программное обеспечение на русском и государственном языках Режим работы: Температура окружающей среды +10°C до +40°C, Рекомендованная температура окружающей среды +17°C до +28°C, (для предотвращения раздражающей бронхиальной реакции), Относительная влажность 25% до 95% Барометрическое давление 700hPa до 1100hPa, Принтер: Ширина бумаги (мм) не менее 112 / A4 через USB Вид бумаги рулон / бумага A4 через принтер, Класс принтера термический / внешний лазерный или чернильный принтер Резолюция принтера не менее (dpi) 200 / 500 в оси Y / X, Технические параметры Объем потока (л/сек) не менее 16 л (вдох / выдох)Точность (50 мл/сек до 16л/сек) +/-5% или 50мл/с (самая большая)Емкость (литры) 0.025 до 8 литровТочность (0.025 до 8л)Сопrotивляемость потока <79Pa / л / секBTPS поправка. Сенсор температуры +10°C до +40°C. Точность +/-2%. Сенсор барометрического давления 700-1200гПа. Точность +/-2%. Сенсор относительной влажности 0 до 100% относительной влажности Точность +/-4% для 25°C, 30-80% относительной влажности. Питание не менее 115В / 230В, 50-60Гц, 40ВА. Мощность аккумулятора не менее 3 - 4 часа, Время зарядки не менее 10 часов (если полностью разряженная). Резолюция ADC не менее 16 битов Частота проб не менее 1000 Гц, Размеры не более 330x270x74мм. Вес не более 3.2кг Комплектация: основной прибор с сенсорным экраном не менее 1 шт., флюометр не менее 1 шт., многократно используемый сенсор с мундштуком не менее 4 шт., носовая клипса не менее 1 шт., термическая бумага 112 мм не менее 1 шт., стилус для управления на сенсорном экране не менее 1 шт., кабель питания не менее 1 шт., чехол не менее 1 шт., Гарантия на оборудование: не менее трех лет на основной прибор, не менее 6 месяцев на кабели и провода с момента ввода в эксплуатацию.